

M. Huchette ; M. Descours ; N. Dridi ; A. Danielou
Centre Hospitalier Dron – Tourcoing (France)

Contact : mdescours@ch-tourcoing.fr

CONTEXTE

- Evaluation du risque ATNC sur la fiche de liaison des DMR

Evaluation des niveaux de risque prion :

Evaluation du niveau de risque de l'acte	<input type="checkbox"/> Acte non à risque	<input type="checkbox"/> Acte à risque vis-à-vis du prion : Neurochirurgie (sauf rachis), intervention touchant la rétine, le nerf optique, la muqueuse olfactive.	
	<input type="checkbox"/> Patient ni cliniquement suspect, ni atteint	<input type="checkbox"/> Patient suspect ou atteint	<input type="checkbox"/> Patient pris en urgence et non évalué

Nom de l'IBODE/IDE :

Signature

Fiche de liaison **systematiquement** vérifiée par un agent de stérilisation pour déterminer la procédure adaptée au traitement des DMR

Objectif : évaluer la vérification par les agents de stérilisation de la traçabilité du risque ATNC → mise en place d'actions de sécurisation de la prise en charge des DMR

METHODE

- Analyse rétrospective des fiches de liaison

5 mois entre les 2 audits

Audit 1 :
01/04-30/04/22


Mise en place d'actions d'amélioration

Audit 2 :
15/09-15/10/22

- Pour chaque fiche, vérification de la complétude :
 ◆ Risque lié à l'acte ◆ Risque patient ◆ Signature IBODE

RESULTATS

- **Audit 1 (n=560)**
- Risque lié à l'acte : non renseigné pour 0,54% des interventions (n=3)
- Risque lié au patient :



- Spécialités les plus concernées : chirurgie gynéco et ortho

Rappel démarche de vérification du risque ATNC


Rédaction procédure de vérification

Accent mis sur le risque ATNC lors de la formation

Sensibilisation « Risque ATNC » lors de l'habilitation au poste lavage

Audit 2 (n=631)

- Risque lié à l'acte : non renseigné pour 0,16% des interventions (n=1)
- Risque lié au patient :



- Spécialités les plus concernées : chirurgie uro, viscérale et ortho

DISCUSSION/CONCLUSION

- Mise en place d'actions de formation entre les 2 audits → amélioration de la compréhension du risque ATNC et diminution des non-conformités
- ➡ Nécessité d'effectuer régulièrement des actions de sensibilisation car équipe avec turnover important → **agents de sté = dernier rempart de vérification avant la prise en charge des DMR**



A l'avenir, objectif d'évaluer les connaissances des agents face au risque ATNC grâce à une enquête anonyme, pour adapter les actions de formation